



DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ÁREA DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE LA U.A.S.L.P.
CORDILLERA DE LOS ALPES, ESQ. VILLA DE LA PAZ. COL. VILLAS
DEL PEDREGAL. CP 78218

DUDAS Y ACLARACIONES

**A LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS 003/2020 "MATERIAL DE PROTECCIÓN SANITARIA"**

SIENDO LAS 12:40 DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA 11 ONCE DE JUNIO DE 2020; DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL PUNTO 3.1.1 DE LAS BASES, EMITEN ACLARACIONES Y SE RESPONDEN LAS DUDAS RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA ANTES DE LAS 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA DE LA FECHA:


EN REFERENCIA A LA PARTIDA 2, EL ÁREA REQUIRENTE EMITE LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES:

CARETAS DE PROTECCIÓN SANITARIA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

MASCARILLA DE PET CALIBRE-20 0.5 MM AJUSTABLE QUE PROTEGE AL USUARIO DE GOTÍCULAS PROCEDENTES DE OTRAS PERSONAS INFECTADAS, POR LO QUE REDUCE CONSIDERABLEMENTE EL RIESGO A CONTRAER ENFERMEDADES CONTAGIOSAS EN LAS QUE LA PROPAGACIÓN ES POR MEDIO DE DICHAS GOTÍCULAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL AIRE.

SELLADA DE LA PARTE DE ARRIBA, PARA EVITAR INGRESO DE GOTICULAS



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' or similar character.

MATERIALES:

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD.
PET (TRANSPARENTE).
ELASTANO (GRIS).
VELCRO.

PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO:

1.- PARTIDA 1.- ¿TENDRÁN IMAGEN DEL TERMÓMETRO Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS?

R=SI, ADJUNTAMOS FICHA TÉCNICA

2.- PARTIDA 2.- HAGO LA ACLARACIÓN DE QUE EN LA DESCRIPCIÓN EN EL ANEXO 1 SOLICITAN CON MICA INTERCAMBIABLE Y SEGÚN LA MUESTRA NO ES ASÍ, PROTECTORES FACIALES CON MICAS INTERCAMBIABLES O COMO LA MUESTRA FÍSICA

R=COMO LA MUESTRA FÍSICA, NO INTERCAMBIABLE.

3.- PARTIDA 2.- ¿PUEDO HACER LA PROPUESTA DE MEJORAR LA PARTE DEL TAFILETE? (PARTE QUE VA EN LA FRENTE PARA EVITAR SUDORAMIENTOS Y AUMENTAR EL CONFORT)

R=SI SE PUEDE MEJORAR EL TAFILETE

4.- PARTIDA 3.- LOS CÓDIGOS QUE SE INDICAN SON EXCLUSIVOS DE LA MARCA 3M; ¿SE PUEDE HACER PROPUESTA EN LOS MISMOS MATERIALES Y MISMA CARACTERÍSTICAS PERO CON EQUIVALENCIAS EN CERTIFICACIONES INTERNACIONALES?

R=SI SE PUEDE HACER OTRA PROPUESTA DIFERENTE A LA MARCA 3M, SIEMPRE Y CUANDO LA LIGA DE LA MASCARILLA SE SUJETE SOBRE LA NUCA Y NO SOBRE LA PARTE ANTERIOR DE LAS OREJAS (ADJUNTAMOS EJEMPLO), ADEMÁS QUE NO DEBERÁ SER DE LAS MARCAS QUE ESTÁN EN EL SIGUIENTE ARTÍCULO ADJUNTO:

<https://www.20minutos.es/noticia/4277032/0/lista-marcas-mascarillas-incumplen-normativa-union-europea/>

5.- DEBIDO A LA DEMANDA Y A LA CONTIGENCIA POR EL COVID-19 EL DESABASTO DE PRODUCTOS ES MUY ALTO, ME REFIERO ESPECIFICAMENTE AL ÍTEM DEL APARTADO 3, MASCARILLA 3M MOD. 8210. ESTAMOS HACIENDO NUESTRO MEJOR ESFUERZO POR CONSEGUIR EL PRODUCTO A UN PRECIO RAZONABLE Y ME GUSTARÍA SABER SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE PRESENTAR OFERTA CON UN PRODUCTO QUE CUMPLE CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS CON LA DIFERENCIA QUE EL FABRICANTE ES OTRO.

ESTOY DISPUESTO A LLEVAR UNA MUESTRA FÍSICA DE DICHO PRODUCTO PARA SU EVALUACIÓN.

R= SI SE PUEDE HACER OTRA PROPUESTA DIFERENTE A LA MARCA 3M, SIEMPRE Y CUANDO LA LIGA DE LA MASCARILLA SE SUJETE SOBRE LA NUCA Y NO SOBRE LA PARTE ANTERIOR DE LAS OREJAS (ADJUNTAMOS EJEMPLO),

ADEMÁS QUE NO DEBERÁ SER DE LAS MARCAS QUE ESTÁN EN EL SIGUIENTE ARTÍCULO ADJUNTO:

<https://www.20minutos.es/noticia/4277032/0/lista-marcas-mascarillas-incumplen-normativa-union-europea/>

LA PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS ES OBLIGATORIA, COMO QUEDÓ SEÑALADO EN EL NUMERQAL 6 DEL PUNTO 5.2.1 DE LA CONVOCATORIA, TITULADO “SOBRE NO. 2. PROPUESTA TÉCNICA”. QUE SE TRANSCRIBE:


“6. Muestras físicas de las partidas 2 (careta) y 3 (mascarilla), de acuerdo a las descripciones técnicas señaladas en el Anexo 1 y/o muestras disponibles en el Área de Licitaciones y Concursos. Del resto de las partidas únicamente se requiere descripción técnica.”



**M.A. PEDRO JURADO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

TERMÓMETRO DIGITAL INFRARROJO

PRODUCTO POR TEMPORADA







Termómetro


Termómetro digital infrarrojo

SUJETO A DISPONIBILIDAD

RANGO DE TEMPERATURA DE PANTALLA	32.0°C – 42.9°C (<32.0°C, Pantalla, LO°C, >42.9°C, pantalla HI°C)	MEMORIA	Almacenamiento para 15 Resultados
RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACION	10.0°C – 40.0°C, (50.0°F – 104.0°F) RH <=93%	ALMACENAMIENTO	-20.0°C – 55.0°C, (-5.0°F – 131.0°F) RH <=93%
PASADISON	0.1°C	FUENTE DE ALIMENTACION	DC 3V (2* AAA)
TIPO DE PANTALLA	Pantalla de Cristal Liquido con iluminacion de Fondo		35.0°C – 42.0 °C, ±0.2°C
TIEMPO DE APAGADO AUTOMATICO	<2 min	DESVIACION	32.0°C – 34.9 °C, ±0.3°C
DIMENSIONES	136mm x 38mm x 33mm		42.1°C – 42.9 °C, ±0.3°C

TEMPERATURA	ILUMINACION DE FONDO	INDICADOR
32.0°C – 37.4°C	Verde 	B
37.5°C – 37.9°C	Amarillo 	B
38.0°C – 41.9°C	Rojos 	B
<=32.0°C	LO°C	B
>=42.0°C	HI °C	BBB





f